



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 26.09.2006 r.

AZ.2100-29/42/ /06

.....  
.....  
.....

Dotyczy : wynik przetargu nieograniczonego .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 w Zamościu stosownie do art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje , że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analizatora hematologicznego SYSMEX K-4500 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę n/w firmy :

BIO-FARM Sp.z.o.o.  
Ul. Watykańska 6  
20-538 Lublin

Cena brutto oferty : 17.202,20 PLN .

Uzasadnienie wyboru : jest to oferta o najniższej cenie – jedyne obowiązujące w tym postępowaniu kryterium – cena 100 % .

Jednocześnie informujemy , że odrzucono ofertę firmy : „ CORMAY „, ul. Rapackiego 19 , 20-150 Lublin złożoną w ramach tego postępowania . Zamawiający wymagał złożenia oferty zabezpieczającej wykonywanie kontroli normalnej , niskiej i wysokiej codziennie na trzech poziomach . Zgodnie z dokumentacją dotyczącą posiadanego przez Zamawiającego analizatora Sysmex K-4500 wymaga to min. 36,6 ml na 12 miesięcy każdej z trzech krwi kontrolnych . Firma CORMAY zaoferowała po 30 ml . Podana w wyjaśnieniach przez wykonawcę podstawa wyliczenia krwi kontrolnej jest niezgodna z dokumentacją analizatora Sysmex K-4500 . Wynika z niej bowiem , że tryb pracy ręcznej ( przyjęty przez wykonawcę do wyliczeń ) oznaczania kapilarnego jest niedostępny dla kontroli jakości ( w załączeniu kserokopia części dokumentacji analizatora Sysmex K-4500 dotycząca kontroli jakości ) . Tak więc zaoferowane przez firmę CORMAY ilości krwi kontrolnych nie zabezpieczają potrzeb na okres 12 miesięcy .

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , który brzmi : „ Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli : 2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia ; „ .