



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, 23.08.2006 r.

AZ.2100-29/42/ /06

.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analizatora hematologicznego SYSMEX K-4500 .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analizatora hematologicznego SYSMEX K-4500

Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia :

Pytanie 1

Ze względu na zmianę konfekcjonowania krwi kontrolnej, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej zalecanej przez producenta aparatu Sysmex K-4500 w następujących opakowaniach:

- Krew kontrolna 8 Check low (1 fiolka – 4,6 ml) – 10 fiolek
- Krew kontrolna 8 Check normal (1 fiolka – 4,6 ml) – 10 fiolek
- Krew kontrolna 8 Check high (1 fiolka – 4,6 ml) – 10 fiolek
- Krew kontrolna IQAS WP (1 fiolka – 1,5 ml) – 6 fiolek

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej w innych opakowaniach niż podane w SIWZ przy zachowaniu wymaganych ilości .

Pytanie 2

Czy w oświadczeniu nr 4 „Pozostałe dokumenty, które musi zawierać oferta”, SWIZ Roz. II, strona 5, Zamawiający wymaga, aby oświadczenie, że odczynniki mogą być stosowane w analizatorze Sysmex K 4500, zawierało czytelną informację, iż oferowane odczynniki mogą być stosowane w analizatorze Sysmex K 4500 i jest to zgodne z zaleceniami producenta aparatu?

Odpowiedź ;

Zamawiający określił co powinno zawierać przedmiotowe zaświadczenie .

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na odczynniki i krew kontrolną równoważną z włączeniem do kontroli międzynarodowej. Proszę swą motywuję tym, że na rynku polskim jest wiele firm oferujących odczynniki do aparatu Sysmex. Zamawiający przez podanie nazw handlowych ogranicz uczciwą konkurencję(art. 29 pkt. 2 i 3) uniemożliwiają w ten sposób równy dostęp do składania ofert.

Odpowiedź:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący podaje jakie odczynniki są używane w posiadanym przez Zamawiającego analizatorze .

Pytanie 4

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej w opakowaniach 2,5 ml.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej w innych opakowaniach niż podane w SIWZ przy zachowaniu wymaganych ilości .

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 6 września 2006 r. do godz. 11⁰⁰ , a otwarcia ofert do dnia 6 września 2006 r. do godz. 12⁰⁰ .