

Zamość, dnia 31 sierpnia 2006 r

AZ 2100-29/42/ /2006

.....
.....
.....

Dotyczy: informacja o powtórzeniu czynności opisu przedmiotu zamówienia i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

W związku z uwzględnieniem protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych do analizatora Sysmex K – 4500, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu stosownie do art. 183 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje o powtórzeniu czynności opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na mocy art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami powtórzył oprotestowaną czynność i dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Aktualny obowiązujący opis przedmiotu zamówienia to:

1. Odczynniki do wykonania 50.000 oznaczeń morfologii krwi na analizatorze Sysmex K-4500
2. Kontrole: normalna, niska i wysoka wykonana codziennie na trzech poziomach
3. Kontrola międzynarodowa wykonana raz na dwa miesiące potwierdzona certyfikatem.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w części „Projekt umowy” Ulega zmianie treść § 2 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: „Dostawy odczynników będą odbywać się wg pisemnych zamówień składanych przez Kupującego w terminie 21 dni licząc od daty złożenia zamówienia”.

Modyfikacji ulega również treść SIWZ w części „ Pozostałe dokumenty , które musi zawierać oferta „(str. 5 SIWZ) , tj. pkt 4. otrzymuje brzmienie : „ Oświadczenie wykonawcy , że oferowane odczynniki mogą być stosowane w analizatorze Sysmex K-4500 i będą gwarantowały prawidłowość wyników . „

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 września 2006 r. godz. 11,00, a termin otwarcia ofert nastąpi dnia 11 września 2006 r. godz. 12,00. Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.