



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość dnia 23 sierpnia 2006r.

AZ 2100-44/44/ /06

.....
.....

Dotyczy: odpowieź na pytanie do przetargu nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art.38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic zabiegowych i filtrów antybakteryjnych.

Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie.

Pytanie:

„Zadanie nr 2, 3. Czy zamawiający wymaga filtrów sterylnych? ”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtry sterylne.

Pytanie:

„Zadanie nr 3. Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej i napisał filtry elektrostatyczne z portem do tlenu zamiast z portem do kapnografu? ”

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodziło o filtry elektrostatyczne z portem kapno.

Pytanie:

„ Dotyczy zadania nr 2 – Filtry mechaniczne. Czy zamawiający wymaga, aby filtry mechaniczne bez warstwy elektrostatycznej były sterylne oraz posiadały skuteczność filtracji bakterii i wirusów min 99,999% oraz powierzchnię filtracji zapewniającą hydrofobowość min 300cm² ? ”

Odpowiedź:



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamawiający dopuszcza filtry sterylne oraz filtry posiadające skuteczną filtrację bakterii i wirusów 99,999% oraz powierzchnię filtracji zapewniającą hydrofobowość 300cm².

Pytanie:

„ Dotyczy zadania nr 3 – filtry elektrostatyczne. Czy zamawiający wymaga aby filtry były sterylne oraz posiadały skuteczność filtracji bakterii i wirusów min 99,99% ? ”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtry sterylne i posiadające skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,99%.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert jak niżej:

- składanie ofert do dnia 8 września 2006r. godz. 12⁰⁰
- otwarcie ofert 8 września 2006r. godz. 13⁰⁰

Z poważaniem: