



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość dnia 12.09.2006r.

AZ-2100-13/45/ /06

.....
.....

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art.38 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę filmów i odczynników RTG.

Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia I Wymagania jakościowe

Pytanie 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych i mammograficznych pochodzących od różnych produktów.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wraza zgody na zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych i mammograficznych pochodzących od różnych produktów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych i odczynników chemicznych pochodzących od różnych producentów.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wraza zgody na zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych i odczynników chemicznych pochodzących od różnych producentów.

Pytanie 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie błon mammograficznych i odczynników chemicznych pochodzących od różnych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wraza zgody na zaoferowanie błon mammograficznych i odczynników chemicznych pochodzących od różnych producentów.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Pytanie 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie wywoływacza na bazie kwasu octowego i wywoływacza na bazie kwasu octowego lub siarkowego.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na bazie kwasu octowego i wywoływacza na bazie kwasu octowego , nie wraza zgody na złożenie ofert na bazie kwasu siarkowego i wywoływacza na bazie kwasu siarkowego .

Z poważaniem: