



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość dnia 12 października 2006r.

AZ 2100-13/45-2/ /06

.....
.....

Dotyczy: odpowieź na pytanie do przetargu nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art.38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę filmów i odczynników RTG.

Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie.

Pytanie:

„ Zadanie nr1 ppkt. III. Warunki dla filmów mammograficznych: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty równoważnej z filmami mammograficznymi o dwustronnej warstwie emulsji światłoczułej (ale przystosowanych do współpracy z kasetami mammograficznymi z jedynym ekranem wzmacniającym)? ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

Z poważaniem: