



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość , 20.10.2006 r.

AZ.2100-16/56/ /06

.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stentów i przewodników angioplastycznych .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 , zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stentów i przewodników angioplastycznych .

Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia :

Pytanie 1

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający zaakceptuje ciśnienie nominalne 10/11 atm ?

Odpowiedź

Zamawiający w zadaniu nr 3 zaakceptuje ciśnienie nominalne 10/11 atm.

Pytanie nr 2

Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający zaakceptuje ciśnienie nominalne 10/11 atm ?

Odpowiedź

W zadaniu nr 4 Zamawiający nie zaakceptuje ciśnienia nominalnego 10/11 atm.

Pytanie nr 3

Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający zaakceptuje przewodniki o długości 300 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje opis podany w SIWZ , ale dopuszcza również możliwość złożenia oferty na przewodniki o długości 300 cm.

Pytanie nr 4

Czy w przypadku zaoferowania jednego typu stentu w kilku pakietach , który spełnia określone w SIWZ parametry wymagane , Wykonawca może dostarczyć jedną próbkę w celu oceny jakości ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga próbek do każdego zadania tj. 2 szt przewodników i po 1 szt stentów (łącznie 3 szt stentów).

Pytanie nr 5

Prosimy o wprowadzenie do § 3 projektu umowy następującej treści : „ Ceny brutto mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT „ .

Odpowiedź

Wiążące są zapisy § 3 projektu umowy .