



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 07.11.2006 r.

AZ.2100-16/56/ /06

Dotyczy : informacja o wyniku przetargu nieograniczonego .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 w Zamościu stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stentów i przewodników angioplastycznych wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty w poszczególnych zadaniach:

Zadanie nr 1-oferta nr 2 firmy MDS Cardio Sp.z.o.o. , ul. Poleczki 12 , 02-822 Warszawa ;
cena wybranej oferty : 34.668,00 PLN .

Zadanie nr 2-oferta nr 6 firmy DRG MedTec Sp.z.o.o. , ul. Wita Stwosza 24 , 02-661 Warszawa ;
cena wybranej oferty : 54.142,00 PLN

Zadanie nr 3-oferta nr 2 firmy MDS Cardio Sp.z.o.o. , ul. Poleczki 12 , 02-822 Warszawa ;
cena wybranej oferty : 78.645,00 PLN

Zadanie nr 4-oferta nr 4 firmy Medtronic Poland Sp.z.o.o. , ul. Ostrobramska 101 , 04-041 Warszawa ;
cena wybranej oferty : 66.206,25 PLN

Uzasadnienie wyboru : oferty złożone przez w/w firmy uzyskały największą ilość punktów za oba kryterium oceny ofert - cenę i jakość .

Jednocześnie informujemy , że zostały odrzucone następujące oferty : oferta nr 5 złożona w zadaniu nr 2 przez firmę " Balton " Sp.z.o.o. , ul. Nowy Świat 7/14 , 00-496 Warszawa i oferta nr 7 w zakresie zadania nr 4 złożona przez firmę Aesculap Chifa Sp.z.o.o. , ul. Tysiąclecia 14 , 64-300 Nowy Tomyśl .

Uzasadnienie faktyczne : oferta złożona przez firmę Balton Sp.z.o.o. nie zawiera informacji dotyczącej wartości siły radialnej . W SIWZ Zamawiający wymagał aby parametr ten podano w mmHg . Oferta nr 7 złożona przez firmę Aesculap Chifa Sp.z.o.o. w zadaniu nr 4 oferuje stent o wartości RBP 15 atm , Zamawiający wymagał aby oferowany stent posiadał RBP co najmniej 16 atm .

Uzasadnienie prawne : art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami , który brzmi : Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli ; jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ; "