



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość dnia 23 listopada 2006r.

AZ 2100-29/60/ /06

.....
.....

Dotyczy: odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art.38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do aparatu MICROS-60.

Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie.

Pytanie:

„ Czy Zamawiający w miejsce oczekiwanego środka myjącego w opakowaniu 500ml dopuści ofertę zawierającą stężony środek myjący w opakowaniu 1 Ltr? ”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej stężony środek myjący w opakowaniu 1 ltr.

Z poważaniem: