



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość dnia 28 listopada 2006r.

AZ 2100-44/62/ /06

.....
.....

Dotyczy: odpowieź na pytania do przetargu nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art.38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic zabiegowych, filtrów antybakteryjnych i przedłużaczy do pomp infuzyjnych.

Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia.

Pytanie:

Zadanie nr 1 poz. 1 i 2

„ Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał aby rękawice lateksowe i winylowe nie sterylne (klasa I) były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej (potwierdzenie zasadności oznakowania rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną? ”

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i aktami wykonawczymi do ustawy.

Pytanie:

Zadanie nr 2 poz. 1

„ Czy Zamawiający wymaga aby filtr HEPA klasy 13 / nie elektrostatyczne / był wyposażony we wkład hydrofobowy filtrujący wyłącznie w sposób mechaniczny ? ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis podany w SIWZ.

Z poważaniem: