

Zamość, dnia 14 listopada 2006 r.

AZP 332/101/

/06

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analizatora biochemicznego Synchron CX 5 Delta oraz odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której dla niektórych odczynników (lipaza, kreatynina, magnez, fosfataza alkaliczna, białko całkowite, GGTP) minimalna gwarantowana przez producenta trwałość odczynników na pokładzie analizatora, deklarowana w ulotkach, jest krótsza niż 30 dni ? Praktyczna trwałość tych odczynników jest dłuższa i przekracza wymagane 30 dni.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuści taką ofertę.