

Zamość, dnia 16 listopada 2006 r.

AZP 332/104/

/06

-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym komunikacja z użytkownikiem odbywa się w języku angielskim ?

Wyjaśnienie: Nie.

2. Zadanie 1 - ultrasonograf dot. I.10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG z dynamiką systemu 160 dB ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zadanie 1 – ultrasonograf dot. pkt. II. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USK nie posiadającego obrazowania 3D, natomiast posiadający inne parametry znacznie przewyższające parametry wymagane ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zadanie 1 – ultrasonograf dot. pkt. 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu usg z głowicą liniową elektroniczną, wieloczęstotliwościową, szerokopasmową o zakresie pracy 4,0-13,0Mhz 192 elementową, posiadającą częstotliwości harmoniczne i posiadającą szerokość pola obrazowego 47 mm ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wnosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji serwisowej wyszczególnionej w przetargu aparatury. Dokumentacja serwisowa jest tajemnicą przedsiębiorstwa, a wgląd w nią mają wyłącznie autoryzowane punkty producenta. Ponadto użytkownik traci gwarancję w przypadku, naruszenia plomb, dokonania próby naprawy przez serwis nie posiadający uprawnień.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zadanie 1 – ultrasonograf, dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. V3. Czy zostanie dopuszczony do przetargu aparat z wbudowanym napędem CD-R/W i zewnętrzną nagrywarką DVD-R/W ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który nie precyzuje czy napęd DVD-R/RW powinien być wbudowany w aparat.

7. Dot. § 9 pkt. 6 projektu umowy – W przypadku uszkodzenia, awarii aparatów oferowanych przez naszą firmę wymienione są całe podzespoły lub części aparatu na nowe. W związku z trudną interpretacją niniejszego punktu umowy zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu dotyczącego ilości napraw w okresie gwarancyjnym do wymiany urządzenia na nowe w okresie gwarancji o zapis – „3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu”. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia wynikające z działania sił wyższych, uszkodzenia wynikające z nieprawidłowych parametrów zasilania, uszkodzenia wynikające z eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi sprzętu i uszkodzenia wynikające z prób napraw przez osoby trzecie (nieuprawnione) nie są objęte gwarancją zgodnie z zapisem art. 577 §1 KC ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawił inicjatywę określenia warunków gwarancji Wykonawcy. W wymaganej informacji na temat warunków gwarancji, o czym informuje SIWZ na str. 10, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia i podania m.in. danych na temat liczby napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe oraz przyczyny utraty prawa do gwarancji. § 9 w tym pkt. 6 projektu umowy będzie uzupełniony danymi podanymi przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

8. Zadanie 1 – aparat ultrasonograficzny. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, w którym w danych technicznych producent nie podaje maksymalnej dynamiki systemu, lecz tylko dynamikę, z którą aparat zawsze, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, pracuje i określa ją na wartość  $> 150$  dB ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Zadanie 1 – aparat ultrasonograficzny. Czy Zamawiający przez wersję transportową rozumie aparat przewoźny na kółkach, czy też aparat przenośny typu laptop ?

Wyjaśnienie:

Wersja transportowa oznacza aparat przewoźny na kółkach.

10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG o zakresie częstotliwości pracy 1 – 12 MHz ?

Wyjaśnienie:

Tak, jest to ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG o dynamice systemu równej 150 dB?

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. W związku z określeniem przedmiotu zamówienia jako „dostawa defibrylatora” prosimy o dokładne sprecyzowanie następujących parametrów:

- ilości odprowadzeń monitorowanego EKG
- ilości stopni dostępności energii zewnętrznej
- parametrów stymulacji: częstości stymulacji i natężenia prądu stymulacji
- sprecyzowania wymagań dotyczących ekranu: kolorowy czy monochromatyczny oraz jaka przekątna ekranu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Zadanie Nr 1 podpunkt V3. Ultrasonograf. Czy zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf z napędem CD i nagrywarką ?

Wyjaśnienie:

Parametrem wymaganym przez Zamawiającego jest napęd DVD-R/RW, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.