



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 07 grudnia 2006 r.

AZP 332/107/

/06

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania parametrów krytycznych krwi wraz z dzierżawą analizatorów.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuszcza 68µl jako mikropróbkę.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuszcza analizator z nowoczesnym systemem automatycznego przesuwu próbki?

**Wyjaśnienie:**

Tak.