

*prezentacji MIP, 3D serca, automatyczne usuwanie struktur kostnych klatki piersiowej i tkanek otaczających serce z pozostawieniem serca i głównych naczyń, automatyczną rozwinięcie wzdłuż osi tętnicy wieńcowej wraz z pomiarem ich światła, pola powierzchni przekroju, ocenę parametrów czynności serca takich jak objętość skurczowa, objętość rozkurczowa, objętość wyrzutowa, frakcja wyrzutowa, kurczliwość odcinkowa lub pogrubienie ściany, ruchomość ściany", ponieważ taki opis nie ogranicza konkurencji.*

## II. Termin wykonania zamówienia.

Protestujący podnosi również zarzut w zakresie określonego przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia. Zgodnie ze siwz, Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie trzech miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w tym dostawa tomografu musi nastąpić do końca bieżącego roku.

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu ukazało się 10 listopada b.r., a termin składania ofert został wyznaczony na 19 grudnia b.r. Zakładając, że Zamawiający dokona badania i oceny ofert w tym samym dniu oraz nie zaistnieje konieczność zwrócenia się do wykonawców o wyjaśnienie treści dokumentów w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, wyjaśnienie treści ofert w trybie art. 87 ustawy, uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej będzie mogła zostać wykonawcom przekazana jeszcze w tym samym dniu, czyli 19 grudnia b.r. Protestujący nie wyklucza takiej możliwości, jak również i tego, że – po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ewentualnym wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ich ofert – żaden z wykonawców nie skorzysta z przysługującego mu środka ochrony prawnej. Przy tych założeniach można przyjąć, że umowa będzie mogła zostać zawarta **najwcześniej w dniu 27 grudnia b.r.** Ponadto, Zamawiający informuje w SIWZ, że płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą się odbywały w ratach, a pierwsza płatność w wysokości 1.000.000,00 zł za dostawę tomografu nastąpi do końca bieżącego roku. Oznacza to, że 4-dniowy termin dostawy ulega skróceniu o czas niezbędny na odbiór tego urządzenia, a zapis §2 ust. 4 projektu umowy o brzmieniu: „*Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy*”, jest zapisem w rzeczywistości albo pustym albo zmierzającym do przedłużenia terminu dostawy po zawarciu umowy z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.

W kontekście powyższego, termin dostawy tomografu komputerowego, urządzenia o dużej wartości i złożoności, którego wykonawcy każdorazowo muszą zamawiać, jest nierealny i niemożliwy do dotrzymania. Czas potrzebny na dostarczenie urządzenia wynosi ok. 6 tygodni od złożenia przez wykonawcę stosownego zamówienia. Ażeby uznać, że określony przez Zamawiającego termin dostawy urządzenia jest możliwy do dotrzymania i wyznaczony z zachowaniem uczciwej konkurencji, powinien on wynosić 6 tygodni od dnia zawarcia umowy i o wyznaczenie takiego terminu Protestujący wnosi.

Podkreślić należy, że jeżeli Zamawiający nie dokona zmiany w wymaganiach co do parametrów urządzenia tomografu komputerowego, zamówienie będzie niemożliwe do wykonania, a postępowanie będzie obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Będzie to oznaczało konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy.