

Zamość, dnia 16 listopada 2006 r.

AZP 332/110/

/06

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ekg 12 kanałowego. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający zgodzi się ze stwierdzeniem, iż wysokiej klasy aparat ekg powinien charakteryzować się rozdzielczością zapisu min. 8 pkt/mm i czy Zamawiający będzie wymagał takiego parametru właśnie na takim poziomie ?

Wyjaśnienie:

Nie jest to parametr wymagany.

2. Czy Zamawiający zgodzi się, że aparat ekg wysokiej klasy powinien charakteryzować się współczynnikiem CMRR > 14 dB ? Czy Zamawiający będzie wymagał tego parametru na podanym poziomie ?

Wyjaśnienie:

Nie jest to parametr wymagany.

3. Czy Zamawiający zgodzi się aby wysokiej klasy aparat ekg wyświetlał odprowadzenia w sekwencjach 4 razy po 3 odprowadzenia ? Jest to dokładniejszy sposób prezentacji odprowadzeń na ekranie pozwalający na precyzyjną kontrolę odprowadzeń i obserwację prawidłowości podłączenia poszczególnych elektrod przed rejestracją badania na papierze.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Czy Zamawiający zgodzi się ze stwierdzeniem iż wysokiej klasy aparat ekg powinien oprócz ręcznego i automatycznego trybu pracy posiadać także tryb pracy wykrywania arytmii. Jest to rozwiązanie pozwalające na dokładniejsze zdiagnozowanie pacjentów z różnymi objawami chorobowymi.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Czy Zamawiający zgodzi się, że aparat ekg wysokiej klasy powinien być wyposażony w kabel o ergonomicznej, dwuczęściowej konstrukcji (tzw. Multilink i 10 odprowadzeniowy kabel pacjenta) umożliwiającej wymianę tylko części uszkodzonych przewodów ? Czy Zamawiający będzie wymagał tak wyposażonego aparatu ?

Wyjaśnienia:

Nie jest to warunek wymagany.