



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 24 listopada 2006 r.

AZP 332/113/ /06

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę elektrod przyklejanych do defibrylatorów zewnętrznych.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod przyklejanych do defibrylatorów zewnętrznych. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczy projektu umowy § 2pkt. 1 Uprzejmie proszę o zmianę z zapisu: „Dostawy będą odbywały się do siedziby Kupującego na ryzyko Sprzedającego przez okres 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie 7 dni licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Kupującego” na zapis: „Dostawy będą odbywały się do siedziby Kupującego na ryzyko Sprzedającego przez okres 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie 14 dni licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Kupującego”.

Wyjaśnienie:

Wyjaśniamy, że treść § 2 ust. 1 wzoru umowy integralnej części SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod przyklejanych do defibrylatorów zewnętrznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ma brzmienie:

„Dostawy będą odbywały się przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy”. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę terminu poszczególnych dostaw z 7 (siedmiu) na 14 (czternaście) dni. Drugie zdanie § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 14 (czternaście) dni wcześniej przed terminem dostawy”

Strona 1 x 2

2. Dotyczy projektu umowy § 4 pkt. 2 – Uprzejmie proszę o zmianę z zapisu: „Jako datę zapłaty za fakturę przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego, dokumentu „polecenie przelewu” na zapis: „Jako datę zapłaty za fakturę przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Dotyczy projektu umowy – Uprzejmie proszę o dodanie paragrafu o następującej treści: „Realizacja kolejnej dostawy nastąpi po zapłaceniu przez Nabywcę należności za poprzednią dostawę”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Proszę o podanie do jakiego typu aparatu firmy HP mają być wykorzystane elektrody – proszę podać dokładnie modele aparatów oraz rodzaj wtyku (płaski czy okrągły) lub nr katalogowy elektrod

Wyjaśnienie

SIWZ na str. 4 określała, iż elektrody muszą pasować do defibrylatora Hewlett Packard Code Master. Uściślając ten zapis informujemy, że jest to defibrylator HP CODE MASTER XE natomiast wtyk płaski.

5. Proszę o uściślenie ilości elektrod (czy 150 szt. czy 150 par) ?

Wyjaśnienie:

Ilość elektrod to 150 par.