



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 03 sierpnia 2006 r.

AZP 332/42/

/06

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę testów paskowych do analizy moczy wraz z dzierżawą aparatu oraz pasków do aparatu Mditron Junior.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę testów paskowych do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu oraz pasków do aparatu Mditron Junior. Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie:

1. Dotyczy zadania nr 1. W celu prawidłowego oszacowania oferty prosimy o informację jak często Zamawiający będzie wykonywał wewnętrzną kontrolę jakości ?

Wyjaśnienie:

Wewnętrzna kontrola jakości będzie wykonywana dwa razy w tygodniu na jednym poziomie.