



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 03 października 2006r.

AZP.332/51/ /06

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 11**

Pkt. 7. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania, który posiada uchwyt do jednego parownika?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 11**

Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający alarmu niskiej objętości oddechowej, częstości oddechowej oraz bezdechu?

**Wyjaśnienie :**

Nie.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 11**

Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający możliwości obrazowania krzywych oddechowych, lecz wyposażony w monitoring ciśnienia średniego, ciśnienia szczytowego oraz barograf?

**Wyjaśnienie :**

Nie.

**Pytanie :**

**Zadanie 11**

Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z obsługą w języku angielskim, w którym większość parametrów oznaczonych jest za pomocą ogólnie znanych w środowisku klinicznym skrótów, oznaczeń oraz symboli graficznych (monitor funkcji życiowych posiada oprogramowanie w języku polskim)?.

**Wyjaśnienie :**

Nie.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający wymaga aby korpus wózka był wykonany ze stali nierdzewnej?

**Wyjaśnienie :**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 7**

Czy w przypadku wózków anestezyjologicznych – zadanie 7 – Zamawiający odstąpi od wymogu szkoleń (informacji w tym zakresie dołączonej do oferty) i zadowolili się przystępną instrukcją obsługi tego nieskomplikowanego sprzętu?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :**

Czy w zakresie wózków anestezyjologicznych – klasa I Zamawiający uzna jako wystarczające dołączenie do oferty tylko Deklaracji Zgodności CE /bez certyfikatu jedn. notyfikowanej/, co jest zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych?

**Wyjaśnienie :**

Tak.