



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 09 października 2006r.

AZP.332/51/

/06

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

Czy wymagany pakiet aplikacyjny kardiologiczny będzie służył badaniom pacjentów dorosłych (nie jest wymagana głowica kardiologiczna) czy badaniom serca płodu, tzw. fetal echo lub fetal hart? Oprogramowanie to dostępne jest w większości aparatów w ramach biometrii płodu.

**Wyjaśnienie :**

Pakiet aplikacyjny kardiologiczny będzie służył badaniom serca płodu.

**Pytanie :**

Czy drukarka wymagana przy aparacie usg winna być kolorowa czy czarno – biała?

**Wyjaśnienie :**

Drukarka czarno – biała.

**Pytanie :**

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych dodatkowych parametrów komputerów przenośnych.

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający wymaga aby komputery przenośne były fabrycznie nowe, posiadały kartę sieciową, system operacyjny Windows XP, pakiet Microsoft Office, licencję na zainstalowane oprogramowanie.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu wyposażonego w dwie pompy do podawania płynów substytucyjnych umożliwiające prowadzenie zabiegów CVVHDF (hemodiafiltracja), oraz umożliwiające przy zabiegach CVVH (ciągła hemofiltracja żylna-

żylna) i CVVH-HVH (wysokoobjętościowa ciągła hemofiltracja żylna-żylna) zastosowanie jako pompy pre i postdilucji pracujące jednocześnie i osobno?

**Wyjaśnienie:**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby aparat współpracował z uniwersalnymi zestawami drenów przewidzianymi przez producenta do stosowania jako jeden zestaw dla wszystkich rodzajów terapii, umożliwiającą zmianę terapii podczas jej trwania koordynowaną przez menu aparatu?

**Wyjaśnienie:**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby aparat wyposażony był w zintegrowaną grzałkę płynu substytucyjnego.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby aparat wyposażony był w automatyczną komorę odpowietrzającą układ?

**Wyjaśnienie:**

Nie jest to warunek wymagany.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby set (zestaw) oraz filtry były pakowane oddzielnie – nie były ze sobą zintegrowane fabrycznie?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 10**

Czy Zamawiający żądając minimum 192 elementów piezoelektrycznych stosuje to kryterium dla wszystkich zamawianych głowic? Jest to istotny parametr wpływający na jakość badania a jednocześnie na cenę głowic. W badaniach przesiewowych można stosować głowice o mniejszej ilości elementów, natomiast w praktyce klinicznej i dużych oddziałach ginekologiczno-położniczych podstawowym wymogiem jest jakość uzyskiwanego obrazu i nie stosuje się głowic o małej ilości elementów.

**Wyjaśnienie:**

Wymagania dla głowic zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 2**

Zamawiający, żąda funkcji prezentacji „3D real time” nie definiując maksymalnej prędkości skanowania w tym typie pracy? Sformułowanie „real time” jest powszechnie rozumiane jako zapis z jakością minimum filmową czyli akceptowalną przez ludzkie oko prędkością 24

klatek na sekundę. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie prędkości klatek na sekundę, uwzględniającej jakość i diagnostyczną wartość tej funkcji aparatu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie specyfikuje tego parametru.

**Pytanie :**

W przypadku uszkodzenia, awarii aparatów oferowanych przez naszą firmę wymieniane są całe podzespoły lub części aparatu na nowe. W związku z trudną interpretacją niniejszego punktu projektu umowy zwracamy się o uzupełnienie zapisu dotyczącego ilości napraw w okresie gwarancyjnym kwalifikującym do wymiany urządzenia na nowe w okresie gwarancji o zapis – „3 naprawy tego samego podzespołu”.

**Wyjaśnienie :**

**Tak.**

**Pytanie :**

Prosimy o potwierdzenie, że uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia wynikające z działania sił wyższych, uszkodzenia wynikające z nieprawidłowych parametrów zasilania, uszkodzenia wynikające z eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi sprzętu i uszkodzenia wynikające z prób napraw przez osoby trzecie (nieuprawnione) nie są objęte gwarancją, zgodnie z zapisem art. 577 §1 KC?

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający, wyjaśnia iż Kupujący może utracić prawo do gwarancji w przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku niewłaściwej eksploatacji tj. użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, powierzenia napraw osobom nieuprawnionym oraz w przypadku uszkodzeń mechanicznych.

**Pytanie :**

Proszę o informację do jakich monitorów modułowych mają być przeznaczone moduły z zadania nr 1.

**Wyjaśnienie :**

Moduły do monitorów modułowych Viridia 24C firmy Philips.