



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 11 lipca 2006 r.

AZP.332/53/ /06

.....
.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę tytanowych śrub korowych, płytek do zespołów i drobnego sprzętu laryngologicznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 2 następujące równoważne płytki tytanowe:

- Poz.1. Mini-Płytki tytanowa Standard, prosta, 2,0 mm, 4-otw.
- Poz.2. Mini-Płytki tytanowa Standard, prosta, krótka, 2,0 mm, 4-otw.
- Poz.3. Mini-Płytki tytanowa Standard, prosta, długa, 2,0 mm, 4-otw.
- Poz.4. Mini-Płytki tytanowa Standard, prosta, 2,0 mm, 16-otw.
- Poz.5. Mini-Płytki tytanowa Standard, kształt „L”, prawa, krótka, 2,0 mm, 4-otw.
- Poz.6. Mini-Płytki tytanowa Standard, kształt „L”, lewa, krótka, 2,0 mm, 4-otw.
- Poz.7. Mini-Płytki tytanowa Standard, kształt „L”, średnia, prawa, 2,0 mm, 4-otw.
- Poz.8. Mini-Płytki tytanowa Standard, kształt „L”, średnia, 2,0 mm, 4-otw.
- Poz.9. Mini-Płytki tytanowa Standard, kształt „Y”, krótka, 2,0 mm, 5-otw.
- Poz.10. Płytki tytanowa Mini, 2,0, 4-otw., kształt „Z”, lewa, krótka, wąska, 100 DG, 0,6 mm
- Poz.11. Płytki tytanowa Mini, 2,0, 4-otw., kształt „Z”, krótka, prawa, wąska 100 DG, 0,6 mm
- Poz.12. Mini-Płytki tytanowa Standard, prosta, 2,0 mm, 8 otw.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 2 wymienionych wyżej płytek pod warunkiem, że ich parametry w zakresie długości i odstępów pomiędzy otworami montażowymi odpowiadają wielkościom określonym w pozycjach 1 – 12 opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.