

Zamość, dnia 26 września 2006 r.

AZP 332/57/

/06

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia:

1. Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści opakowania 450 ml pasujące do dozowników dermados zamiast 500 ml ?

Wyjaśnienie:

Nie wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający posiada dozowniki dla pojemności 0,5 l i wymaga takiej wielkości opakowań.

2. Zadanie 2 Czy Zamawiający oprócz opakowań 250 ml z atomizerem dopuści preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1l ?.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość opakowań małych np. 200 ml, 250 ml, 300, ml, 350 ml w ilości 200 opakowań, pozostała ilość w kanistrach o pojemności 1 – 5 l (dowolnie).

3. Zadanie 5 Czy Zamawiający dopuści opakowania z atomizerem lub 10 l z pompką zamiast 5l ?

Wyjaśnienie:

Opakowania z atomizerem lub pompką dotyczą pojemności 1 l, a nie opak. 5 l.

4. Zadanie 9, 10, 11 Czy Zamawiający dopuści płynny preparat w koncentracji konfekcjonowany w opakowaniach 5 kg i czy 1 l ma być traktowany jako 1 kg ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza płynny preparat w koncentracji w opakowaniach 5-cio kilogramowych pod warunkiem, iż otrzyma wymaganą w SIWZ ilość koncentratu tj. w zadaniu 9 - 250 litrów, w zadaniu 10 – 100 litrów, w zadaniu 11 – 100 litrów (1 kg koncentratu nie równa się 1 l koncentratu).

5. Zadanie 10 Czy Zamawiający dopuści preparat o pH koncentratu 2,00, spełniający pozostałe wymogi SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Proponowany preparat o pH 2,00 koncentratu nie spełnia wymogów zakwaszenia wymaganego po myciu alkalicznym narzędzi i sprzętu medycznego, toteż nie nadaje się do uzyskania kompozycji z preparatem o pH alkalicznym –co jest przedmiotem zamówienia.

6. Zadanie 11 Czy Zamawiający dopuści preparat działający na V w czasie 10 min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Tak.

7. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie zamawiający wymaga atestu PZH ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga atestu PZH. SIWZ na str. 10 w pkt. 5 informuje, iż wymagane jest „Oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu dokumentów potwierdzających działanie bójcze oferowanych preparatów (do narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum (np. opinia PZH) z jednoczesnym zobowiązaniem, że na każde żądanie zamawiającego zostaną okazane stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt”. Opinia PZH została wymieniona jako dokument przykładowy, a może to być także wynik, sprawozdanie z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonywanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

8. W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań bardzo prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę) ?

Wyjaśnienie:

Należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematyki. Ilości opakowań oraz ilości danego środka zostały określone w SIWZ.

9. Zadanie 2 – preparaty do dezynfekcji skóry (pole operacyjne, iniekcje) Czy Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowaniach 350 ml i w kanistrach, oraz czy preparat może mieć w swoim składzie pochodne fenolowe ?

Wyjaśnienie:

Opakowania 350 ml i kanistry tak, preparat nie może mieć w składzie pochodnych fenolowych.

9 Zadanie 6 – preparaty do dezynfekcji narzędzi zawierające nadboran sodu. Czy Zamawiający dopuści preparat działający na bakterie, Tbc, wirusy (HBV, HCV, HIV), grzyby w czasie 1 godziny, a spory do 6 godzin ?

Wyjaśnienie:

Tak..

10. Zadanie 7 – preparaty do dezynfekcji narzędzi i drobnego sprzętu. Czy Zamawiający wymaga od preparatu w zadaniu 7 działania na wirusy adeno i polio, które są wymienione w normie europejskiej EN 14476 z 2005 roku, dotyczącej prawidłowej dezynfekcji narzędzi ? Jeżeli nie prosimy o uzasadnienie. Czy Zamawiający dopuści preparat w proszku konfekcjonowany w opakowaniach 2 kg i 10 kg z odpowiednim przeliczeniem (2kg = 2 litry itp.) ?

Wyjaśnienie:

W Zadaniu 7 – sprzęt poddany dezynfekcji nie jest używany do żadnych czynności, które wymagają klasy czystości – sterylnej. Zatem zakres działania wymagany jest taki jak opisano w SIWZ. Zamawiający określa ilość preparatu w litrach roztworu roboczego, zatem jeśli oferent proponuje preparat proszkowany to w ilości pozwalającej, na sporządzenie roztworu

roboczego o wymaganiach jak w SIWZ, wraz z podaniem % stężenia roztworu roboczego, oraz ilości preparatu potrzebnego do uzyskania odpowiedniego roztworu.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych ? Wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a netto pozostanie bez zmian. ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ. Zamawiający w sposób jednoznaczny w SIWZ w części projekt umowy § 3 ust. 2 informował, iż ceny wymienione w ust. 1 (są to ceny jednostkowe brutto i łączna cena brutto za całość przedmiotu umowy) nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania umowy.

12. Zwracamy się z następującym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT w całym okresie trwania umowy. Zapis o zmianie podatku VAT będzie w pełni zgodny z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zmiany są zupełnie niezależne od wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Należy także zaznaczyć, iż stawki podatku VAT mogą być obniżane lub podwyższane przez ustawodawcę. Brak odpowiednich uwarunkowań zmiany podatku VAT w umowie w przypadku obniżenia stawek podatkowych może być dla Zamawiającego niekorzystne i uniemożliwić ustanowienie nowych niższych cen brutto. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu „W przypadku zmiany stawki podatku VAT w całym okresie trwania umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy projektu umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapisy projektu umowy mówią tylko, że ceny nie mogą ulec podwyższeniu, nie ma natomiast zapisów mówiących, iż nie mogą ulec obniżaniu. Tak więc obniżenie cen może nastąpić także w przypadku obniżenia stawek podatkowych.

13. Prosimy o zmianę § 6 ust. A) projektu umowy

- a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy roboczy dzień zwłoki – proponujemy – w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej lub nieterminowo zrealizowanej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.