



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 31 lipca 2006 r.

AZP 332/58/

/06

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Zadanie 4.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pożywek zawierających krew z terminem ważności minimum 5 tygodni ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu ważności. Wiążący jest termin określony w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

2. Pozycja nr 6 – Czy podłoże chromogenne do bezpośredniego posiewu oraz identyfikacji gronkowca MRSA ma zawierać w swoim składzie CEFOKSYTYNĘ – antybiotyk rekomendowany przez Krajowe Centrum do tego typu badań ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określił jaki antybiotyk ma zawierać podłoże chromogenne, może to być również cefoksytyna.

3. Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu informacji jakie mają być zawarte na Certyfikacie Kontroli Jakości – tj. godzina rozlania podłoża – jest ona umieszczona bezpośrednio na produkowanym podłożu. Certyfikaty kontroli jakości są wydawane dla całej serii podłoża. Mając na uwadze proces produkcji (praca ciągła w danej serii) musiałyby powstawać kilkadziesiąt certyfikatów dla danej serii. Konkretna seria podłoża jest wykonywana z tych samych składników ale w dłuższym przedziale czasowym. Czy Zamawiający dopuści aby godzina rozlania była tylko na oferowanym podłożu. ?

Wyjaśnienie:

Ponieważ produkcja podłoży przebiega w pewnym przedziale czasowym zamawiający przyznaje, iż informacja o czasie rozlania podłoża musi znajdować się na płytce, a nie na Certyfikacie Kontroli Jakości.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce znajdował się w metodyce dla danego podłoża – a nie na Certyfikacie Kontroli Jakości ?

Wyjaśnienie:

Dla Zamawiającego jest istotne, aby opis morfologii kolonii wyrosłych na płytce został dostarczony przez Wykonawcę. Mogą być te informacje zawarte w Certyfikacie Kontroli Jakości lub w metryczce dla danego podłoża.

5. Dotyczy projektów umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektów umów na „jako datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Kupującego przez bank o kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy zawarte w projektach umów integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.