



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 03 sierpnia 2006 r.

AZP 332/58/

/06

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi.. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

1. Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający zgodzi się na Waaler Rose test półilościowy i wycenienie tylko jednej pozycji w ilości 3 opakowań a 100 testów ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dwa różne testy i nie wyraża zgody na wycenienie tylko jednej pozycji. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w poz. 2 testu ilościowego lub półilościowego.

2. Czy w zadaniu Nr 8 Zamawiający zgodzi się na konfekcjonowanie po 50 ozn., w ilości 8 op.

Wyjaśnienie.

Zamawiający wyraża zgodę na konfekcjonowanie po 50 ozn. w ilości 8 op.

3. Czy w zadaniu nr 9 poz. 4 Zamawiający zgodzi się na szybki test jakościowy i półilościowy do diagnostyki kiły ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na szybki test jakościowy i półilościowy do diagnostyki kiły

4. Czy w Zadaniu nr 10 Zamawiającemu chodzi o szybki test do diagnostyki Helicobakter Pylorii ?

Wyjaśnienie:

Tak, zamawiającemu chodzi o szybki test do diagnostyki Helicobakter pylorii.

5. Zadanie 4. Czy Zamawiający życzy sobie agar czekoladowy z dodatkiem bacytracyny czy mieszaniny antybiotyków ABV (amfoterycyna, bacytracyna, vankomycyna) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jaki antybiotyk powinien zawierać agar czekoladowy, ale za względu na większą selektywność podłoża, dodatek mieszaniny antybiotyków jest bardziej pożądanym.