



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 28 lipca 2006 r.

AZP 332/67/

/06

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę – dzierżawę fakoemulsyfikatora Poniżej podajemy treść pytań wyjaśnienia:

Treść pytania:

1. Czy Zamawiający w funkcji fakoemulsyfikacji wymaga zakresu pulsów od 5 do 100 pulsów na sekundę czy na minutę ?

Wyjaśnienie:

Zakres pulsów wymagany w funkcji fakoemulsyfikacji to od 5 do 100 pulsów na sekundę. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia mylnie określono jednostkę jako minutę

Treść pytania:

2. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować ilości i rodzaj wszystkich wymaganych akcesoriów, które mają być zaoferowane wraz ze sprzętem ?

Wyjaśnienie:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia określa wymagane akcesoria. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia będzie miał możliwość stosowania kaset pompy z drenami o grubych ścianach i zmniejszonej średnicy wewnętrznej, stabilizujących komorę podczas pracy na max. parametrach podciśnienia i przepływu należy uwzględnić 10 kaset pomp.