



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 03 sierpnia 2006 r.

AZP 332/68/

/06

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu do wczesnej diagnostyki jaskry, monitorowania jej przebiegu oraz diagnozy zmian w siatkówce, pachymetru do badania grubości rogówki, tonometru bezkontaktowego do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, kombajnu laserowego (fotokoagulator siatkówkowy + laser dla Nd: YAG Q-switch) dla Poradni Leczenia Jaskry.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu do wczesnej diagnostyki jaskry, monitorowania jej przebiegu oraz diagnozy zmian w siatkówce, pachymetru do badania grubości rogówki, tonometru bezkontaktowego do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, kombajnu laserowego (fotokoagulator siatkówkowy + laser dla Nd: YAG Q-switch) dla Poradni Leczenia Jaskry. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Dotyczy kombajnu laserowy, fotokoagulator siatkówkowy:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lasera z regulacją skokową (w pięciu skokach) zamiast płynnej ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zakres regulacji ogniska lasera wynosił od 75 do 500  $\mu\text{m}$ ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby czas trwania impulsu oferowanego koagulatora był regulowany w zakresie 50 ms do 1 s ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

4. W punkcie 8 Zamawiający wymaga funkcji zapamiętywania parametrów pracy dla różnych operatorów. Czy oferta na fotokoagulator bez takiej funkcji będzie uznana za ważną?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by kombajn laserowy posiadał możliwość zapamiętywania zestawów parametrów pracy dla minimum 5 użytkowników. Nie spełnienie tego wymagania spowoduje, że oferta nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W punkcie 9 Zamawiający wymaga aby regulacja mocy, trybu pracy, czasu i intensywności promienia celującego była sterowana pedałem wielofunkcyjnym. Czy dopuszczają Państwo aby parametry te były regulowane nie z pedału lecz z konsoli lasera ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

6. Czy do oferowanego koagulatora dopuszczają Państwo lampę z oświetleniem typu Haag Streit, a nie Zeiss ?

Wyjaśnienie:

Tak

7. Czy powiększenia lampy szczelinowej mogą wynosić 5x,8x, 12x, 20x, 32x ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: laser Nd YAG Q-Switch:

8. Czy średnica ogniska laserowego może wynosić 7  $\mu\text{m}$  ?

wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

9. Czy przesunięcie ogniska lasera celującego od zabiegowego (micro – offset) może wynosić +/- 400  $\mu\text{m}$ , a nie 200  $\mu\text{m}$  ?

Wyjaśnienie:

Tak.

10 Czy zamiast oświetlenia halogenowego można zaoferować laser YAG z oświetleniem żarówką typu TUNGSTEN (typowe oświetlenie lamo Haag Streit) ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

11. W opisie dokumentów, które musi zawierać oferta Zamawiający wymaga w przypadku kombajnu laserowego referencji z 3 ośrodków. Czy referencje te mogą dotyczyć odrębnie fotokoagulatora i odrębnie lasera YAG ?

Wyjaśnienie:

Tak.

12. Czy referencje o których mowa powyżej, mogą być wystawione przez użytkowników z innych krajów Unii Europejskiej.

Wyjaśnienie

Muszą być referencje z dwóch ośrodków w Polsce, w których są użytkowane – pracują kombajny laserowe tożsame z oferowanymi w ramach przedmiotowego postępowania, jedno mogą być z innego kraju UE. Przypominamy, iż wykonawca jest zobowiązany dostarczyć referencje z trzech ośrodków.

13. Zadanie Nr 2 – czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością archiwizacji danych w pamięci komputera PC przez złącze RS232 ?

Wyjaśnienie:

Nie; dopuszcza się IRD.

14. Zadanie Nr 2 – czy zamawiający dopuści urządzenie wbudowaną drukarką termiczną, które to rozwiązanie znacznie zmniejsza koszty eksploatacyjne urządzenia ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie Nr 4 Laser – fotokoagulator siatkówkowy:

15. Czy dopuszcza możliwość zapamiętywania zestawów parametrów pracy dla minimum 3 użytkowników ?

Wyjaśnienie::

Nie.

16. Czy dopuszcza pedał z możliwością wyzwolenia ekspozycji – regulacja parametrów: trybu pracy, czasu trwania/ostępu impulsów oraz intensywności promienia celującego prowadzona jest na czytelnym panelu lasera ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

17. Czy dopuszcza oświetlenie szczelinowe typu Haag-Streit ?

Wyjaśnienie.

Tak.

18. Czy dopuszcza regulowaną płynnie szerokość szczeliny do 10 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

19. Czy dopuszcza bez filtrów: żółtego i kobaltowego ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

Laser Md: YAG Q-switch

20. Czy zamawiający dopuszcza następującą częstotliwość powtórzeń 2,3 Hz w pojedynczym impulsie, 1,8 Hz w podwójnym impulsie, 1,5 w potrójnym impulsie ?

Wyjaśnienie:

Tak

21. Czy zamawiający dopuści oświetlenie szczelinowe typu Zeiss – oświetlenie to jest najważniejsze i pozwala na pełne oświetlenie laserowego obszaru. Dodatkowym atutem jest pełna kompatybilność tego typu lampy z laserem co powoduje jego ergonomiczność.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

22. Czy dopuszcza lampę szczelinową bez pochylenia pionowego gdyż w lampie typu Zeiss nie ma technicznie takiej możliwości.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia.

23. Co zamawiający rozumie przez zewnętrzne ciepło fiksacyjne ?

Wyjaśnienie:

Chodzi o zewnętrzne światło fiksacyjne.

24. Czy zamawiający wymaga by promień celowniczy był prowadzony koaksjalnie z oświetleniem lampy szczelinowej.

Wyjaśnienie:

Tak.

W części SIWZ „Pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta”, w punkcie 8 zamawiający żąda referencji z 3 ośrodków, w których użytkowane są kombajny laserowe tożsame z oferowanym w ramach przedmiotowego postępowania. Ponieważ chcemy oferować urządzenie najnowszej generacji, będące na rynku dopiero od kilku miesięcy, nie ma jeszcze dostępnych referencji. Czy Zamawiający może odstąpić od powyższego żądania umożliwiając tym samym lasera najnowszej generacji ?

Wyjaśnienie:

W takim przypadku Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji dotyczących kombajnu laserowego tego producenta generacji poprzedzającej laser oferowany w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium. Poniżej podajemy obowiązujące terminy:

- termin składania ofert wyznacza się na dzień **11 sierpnia 2006 r. godz. 12,00**
- termin otwarcia ofert wyznacza się na **dzień 11 sierpnia 2006 r. godz. 13,00.**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed **11 sierpnia 2006 r. godz. 12,00.**

Pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.