



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 26 lipca 2006 r.

AZP.332/69/

/06

.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dotyczy zadania nr 3 „Elektrody czynne nasierdziowe”

Prosimy o wskazanie jakiego sposobu mocowania elektrody w nasierdziu oczekuje Zamawiający: czy ma to być elektroda prosta, czy ma to być mocowanie ZIG-ZAG, czy ma być to mocowanie przy pomocy skrzydełek samokotwiczących ?

Wyjaśnienie:

Mocowanie elektrody czynnej na osierdziu w sposób prosty.

Pytanie:

W nawiązaniu do wzoru umowy § 2 pkt.1 i pkt. 5 SIWZ prosimy o uwzględnienie dni roboczych w terminie dostawy wynoszącym 7 dni i w terminie reklamacji wynoszącym 7 dni.

Wyjaśnienie:

Nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany. Wiążące są zapisy w SIWZ

Pytanie:

W nawiązaniu do rozdziału II pkt. 4 „Pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta” SIWZ rozumiemy, że za właściwe dokumenty Zamawiający uzna Zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, Certyfikat Jakości oznaczony znakiem CE i Deklarację Zgodności ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie dokumentów wymienionych w SIWZ – pkt. 4 str. 7. Dodatkowo, można przedstawić Zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.