



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 09 sierpnia 2006 r.

AZP 332/74/ /06

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

1. Dotyczy zadania nr 2 – soczewki zwijalne. Czy zamawiający dopuści soczewki z dł. części haptycznej = 14.0 – 15.0 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

2. Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści część haptyczną 10,5-11 mm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści zakres mocy optycznej od +10D do +30 ?

Wyjaśnienie:

Nie.

4. Czy w zadaniu nr 1 część 1 „Soczewki przedniokomorowe” Zamawiający dopuści soczewki o części haptycznej = 12,75 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w zdaniu nr 1 „Soczewki przedniokomorowe i tylnokomorowe” ?

Wyjaśnienie:

Tak. W związku z tym ulega zmianie podział przedmiotu zamówienia z dwóch na trzy zadania tj. Zadanie Nr 1 – soczewki przedniokomorowe, Zadanie Nr 2 – soczewki tylnokomorowe i Zadanie Nr 3 – soczewki zwijalne.

6. Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, co ma znajdować się w „Ofercie cenowej” w kolumnie 1 „Nazwa towaru”. Czy tylko nazwa handlowa oferowanego produktu, czy też nazwa handlowa z opisem parametrów oferowanych przez danego wykonawcę ?

Wyjaśnienie:

SIWZ w sposób jednoznaczny informuje, iż w ofercie cenowej ma być podana nazwa towaru czyli nazwa oferowanego produktu. Na str. 7 SIWZ w pkt. 3 informuje również w sposób jednoznaczny, iż oferta musi zawierać „Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta i kraju pochodzenia. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia”. Jest to jeden z wymaganych dokumentów, które musi zawierać oferta.

7. Czy w zadaniu Nr 1 w pozycji nr 2 Zamawiający wymaga również soczewek do fiksacji transkleralnej, jeśli tak prosimy podać wymagane parametry dla tych soczewek ?

Wyjaśnienie:

Nie.

8. Jaką angulację Zamawiający wymaga dla soczewek zwijalnych w zadaniu nr 2.

Wyjaśnienie:

10 stopni.

9. Jakie uwodnienie Zamawiający wymaga dla soczewek zwijalnych w zadaniu nr 2 ?

Wyjaśnienia:

26 – 28%

10. Jaką stałą A Zamawiający wymaga dla soczewek zwijalnych w zadaniu nr 2 ?

Wyjaśnienia:

Zakres 119,1 – 120,0

Jednocześnie informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Poniżej podajemy obowiązujące terminy:

- termin składania ofert wyznacza się na dzień **21 sierpnia 2006 r. godz. 12,00**
- termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień **21 sierpnia 2006 r. godz. 12,30.**

Pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają i są wiążące dla stron.