



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 10 sierpnia 2006r.

AZP.332/74/

/06

.....
.....
.....
.....

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych. Poniżej podajemy treść pytania oraz wyjaśnienie.

Pytanie :

Czy w zadaniu nr 2 „Soczewki zwijalne” w punkcie 2 „Cartridge – injector” Zamawiający ma na myśli 2 sztuki wielorazowych injector’ów + 550 sztuk jednorazowych cartridge’y lub 550 jednorazowych kompletów składających się z cartridge + injector?

Wyjaśnienie :

Dwie sztuki injectorów wielorazowych **lub** 550 sztuk jednorazowych z cartrigami.

Pytanie :

Zadanie 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zakres mocy optycznej od +5,0 - +30,0D?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie :

Dot. §5 projektu umowy

Czy Zamawiający mógłby zmienić brzmienie tego punktu na następujące : „Wymienione wyżej ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy zawarte w projekcie umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zawarte w piśmie znak AZP 332/74/6229/06 z dnia 09 sierpnia 2006 r pytanie nr 3 dotyczy zadania w zakresie soczewek zwijalnych.