



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 14 sierpnia 2006r.

AZP.332/74/

/06

.....  
.....  
.....  
.....

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający zgodzi się aby w zamian za „Bank soczewek wewnątrzgałkowych” wykonawca zaproponował faktury z terminem płatności 120 dni?

**Wyjaśnienie :**

Nie, wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

**Dot. zadania nr 3**

Prosimy o sprecyzowanie w poz. nr 2 ilości cartrigy i injectorów wielorazowych.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga 550 cartridgy i 550 injectorów jednorazowych lub 2 wielorazowych.

**Pytanie :**

**Dot. Zadania nr 3 – Soczewki zwijalne**

Czy w pozycji zakres mocy optycznej = -5.0D do +30.0D Zamawiający precyzuje w krokach co ile dioptrii taki zakres ma być spełniony?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie precyzuje wielkości postępu, mile widziane co 0,5D.