



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 15 września 2006r.

AZP.332/76/

/06

.....  
.....  
.....  
.....

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nawilzacza respiratorowego współpracującego z podgrzewanymi drenami wdechowymi?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga zaoferowania nawilzacza respiratorowego współpracującego z podgrzewanymi drenami wdechowymi dla noworodków.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jako akcesoriów do nawilzacza respiratorowego układu oddechowego wielorazowego czy jednorazowego użytku?

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający wymaga zaoferowania noworodkowych układów oddechowych wielorazowego użytku.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zestawie akcesoriów również komory nawilżania?

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający wymaga gotowego do zamontowania i użytkowania nawilzacza z kompletem akcesoriów, w tym także z komora nawilżania.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 28**

Prosimy o podanie jakiej średnicy drenów wymaga Zamawiający – 10, 15 czy 22mm, oraz o podanie rozmiaru wymaganych końcówek drenów.

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający wymaga drenów o średnicy 22mm z końcówkami 22mm.

**Pytanie :****Zadanie nr 15**

Uprzejmie proszę o podanie następujących parametrów:

- Średnica koła;
- Średnica trzpienia mocującego;
- Rodzaj bieżni koła : poliamid poliuretan, guma
- Konieczność zastosowania bieżni niebrudzącej,
- Rodzaj łożyskowania koła : ślizgowe, igiełkowe, kulkowe;
- Potrzebę wyposażenia zestawów kołowych w blokadę (hamulec), ewentualna ich ilość w wersji.

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie nazwa zadania nr 15 i otrzymuje nowe brzmienie : **Zespół jezdny do wózków do przewozu pacjentów w pozycji leżącej.** Zmianie ulega również opis pozycji nr 1 i otrzymuje następujące brzmienie :

**1. Zespół jezdny z blokadą z obrotnicą**

- trzpień walcowy do wózków do przewozu pacjentów w pozycji leżącej – średnica trzpienia Ø 24mm, poprzeczny otwór przelotowy M6 w odległości 12mm od góry trzpienia;
- Średnica koła – Ø 200 mm;
- Rodzaj bieżni koła – guma, bieżnia niebrudząca;
- Rodzaj łożyskowania koła – kulkowe
- Zestaw kołowy wyposażony w blokadę (hamulec).

Ilość przedmiotu zamówienia w tym zadaniu pozostaje bez zmian tj. 64 szt.

**Pytanie :****Zadanie nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający ma na myśli dozownik do tlenu z wtykiem bezpośrednim do gniazda typu AGA?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :**

Na stronie 5 SIWZ wśród wymaganych dokumentów jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty jest wykaz 2 dostaw odpowiadających swym rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. W związku z faktem, że dozowniki do tlenu/butelki do dozownika wchodzi w skład różnego rodzaju instalacji gazów medycznych np. paneli, kolumn/ natomiast bardzo rzadko są przedmiotem przetargów w ogóle a co dopiero na kwoty o wysokości analogicznej jak przedmiotowe zamówienie – uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na załączenie wykazu i referencji dostaw na instalacje gazów medycznych /w tym dozowników, paneli, kolumn/ o wartościach znacznie przekraczających wartość przedmiotowego zamówienia.

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przedstawienie wykazu dostaw dotyczących instalacji gazów medycznych /w tym dozowników, paneli, kolumn/ wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

**Pytanie :**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych z 7 do 14 dni, co w przypadku importu z zagranicy wysokiej jakości wyrobów ma ogromne znaczenie.

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni.

**Pytanie :**

**Zadanie nr 8 – Dozowniki tlenu**

Z jakim rodzajem gniazd mają współpracować zaoferowane dozowniki do tlenu ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający, informuje, iż przedmiotowe dozowniki muszą współpracować z gniazdami typu AGA.

**Pytanie :**

**Zadanie – Resuscytator ambu, sztuczne płucko**

Co zamawiający rozumie pod pojęciem sztuczne płucko? Prosimy o uściślenie przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie :**

Pod pojęciem „sztuczne płucko” Zamawiający rozumie worek testowy używany podczas testów kontrolnych respiratorów.