



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 18 września 2006r.

AZP.332/76/

/06

.....
.....
.....
.....

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Zadane nr 14

Czy resuscytator ma być wyposażony w rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej

Wyjaśnienie:

Nie jest to warunek wymagany.

Pytanie :

Zadane nr 14

Czy resuscytator ma być wyposażony w maskę twarzową posiadającą pompowany mankiet uszczelniający zapewniający dobre przyleganie maski do twarzy?

Wyjaśnienie :

Nie jest to warunek wymagany.

Pytanie :

Zadane nr 14

Czy resuscytator jako sprzęt wielorazowy mają mieć potwierdzoną przez producenta możliwość sterylizacji w autoklawie w 134°C łącznie z rezerwuarem tlenu?

Wyjaśnienie :

Nie jest to warunek wymagany.

Pytanie :

Zadane nr 14

Czy resuscytator ma posiadać na powierzchni pasek zapewniający wygodny i pewny uchwyt, co zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wentylacji?

Wyjaśnienie :

Nie jest to warunek wymagany.

Pytanie :

Zadanie nr 14

Czy aparat ma mieć możliwość zakładania opcjonalnego zaworu PEEP bezpośrednio na zawór pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowych złączy?

Wyjaśnienie :

Nie jest to warunek wymagany

Pytanie :

Zadanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako sztucznego płucka testowego worka oddechowego wielorazowego użytku o pojemności 1 lub 1,5 litra?

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga zaoferowania „sztucznego płucka” czyli testowego worka oddechowego dla dorosłych o pojemności min. 1,5 litra.