



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 08 sierpnia 2006 r.

AZP 332/78/

/06

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do angiografii i radiologii interwencyjnej dla Zakładu Radiologii

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do angiografii i radiologii interwencyjnej dla Zakładu Radiologii. Poniżej podajemy treść pytań i wniosków oraz wyjaśnienia:

1. Dotyczy zadania Nr 1. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły pólatomatycznej do biopsji gruboigłowej o grubości 16G i następujących długościach: 10 cm, 15 cm, 20 cm.

Wyjaśnienie:

Opisane powyżej igły mieszczą się w wyznaczonych przez Zamawiającego zakresach długości w opisie przedmiotu zamówienia w integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

- Czy Zamawiający dopuszczając do zaoferowania nie tylko materiały oryginalne tj. produkowane przez lub dla firmy Medrad (producenta wstrzykiwacza kontrastu MARK V), ale również zamienniki materiałów oryginalnych, wymagać będzie od oferentów proponujących takie zamienniki złożenia:

a/ ofert dotyczących zamienników w tzw. Wersji pełnej, tzn. wykazujących w 100% cechy produktu oryginalnego

b/ oświadczenia o możliwości bezpiecznego stosowania oferowanego zamiennika podczas eksploatacji w/w wstrzykiwacza kontrastu, bez ryzyka jego uszkodzenia

c/ załączenia oświadczenia o możliwości i gotowości świadczenia usług serwisowych, w tym ewentualnych, nieodpłatnych napraw wstrzykiwacza i eliminacji ewentualnych usterek w jego działaniu, które powstać by mogły jako rezultat zastosowania w eksploatacji tego urządzenia proponowanych zamienników materiałów oryginalnych

- Czy Zamawiający dopuszczając do zaoferowania nie tylko materiały oryginalne tj. Produkowane przez lub dla firmy Medrad (producenta wstrzykiwacza kontrastu MARK V), ale również zamienniki materiałów oryginalnych wymagać będzie od wszystkich oferentów załączenia oświadczenia producenta wstrzykiwacza lub autoryzowanego przedstawiciela o możliwości dostawy części zamiennych do przedmiotowego wstrzykiwacza kontrastu ?

- Czy Zamawiający dopuszczając do zaoferowania, nie tylko materiały oryginalne wymagać będzie od wszystkich oferentów załączenia stosownego „Oświadczenia” o przejęciu przez nich pełnej odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia oraz skutki jego działania w stosunku do personelu medycznego, pacjentów oraz osób postronnych ?

- Czy Zamawiający dopuszczając do zaoferowania nie tylko materiały oryginalne, wymagać będzie w przypadku ofert dotyczących zamienników, od poszczególnych oferentów załączenia ich „Oświadczenia” odnośnie możliwości i gotowości świadczenia konsultacji i porad dla personelu medycznego i technicznego w przypadku problemów z eksploatacją wstrzykiwacza przy stosowaniu zamienników ?

- Czy Zamawiający dopuszczając do zaoferowania nie tylko materiały oryginalne wymagać będzie od wszystkich oferentów stosownego „Oświadczenia” o zapewnieniu warunków obsługi i eksploatacji wstrzykiwacza zgodnie z zaleceniami producenta wstrzykiwacza zawartymi w jego instrukcji obsługi i/lub karcie gwarancyjnej ?

Wyjaśnienia dotyczące pkt. 2.

Zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia co jest przedmiotem zamówienia i jakie warunki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.