



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 08 sierpnia 2006 r.

AZP 332/78/

/06

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do angiografii i radiologii interwencyjnej dla Zakładu Radiologii

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do angiografii i radiologii interwencyjnej dla Zakładu Radiologii. Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie:

Pytanie :

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 zaferowanie cewników diagnostycznych o grubości 5F typu Cobra typ II i RDC typ standard o długości 65cm, pozostałe parametry i typy jak w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w zadaniu nr 2 poz. 6 i 7 zaferowanie cewników o długości 100 – 65 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert. :

Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **16 sierpnia 2006r. godz. 11<sup>00</sup>**
- termin otwarcia ofert - **16 sierpnia 2006r. godz. 12<sup>00</sup>**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.