

Zamość, dnia 07 września 2006 r.

AZP 332/82/

/06

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analizatora biochemicznego Synchron CX 5 Delta oraz odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia:

Zadanie 1- dostawa odczynników do analizatora biochemicznego Synchron CX 5 Delta

1. Zamawiający w pozycjach od 31 do 35 o od 38 do 46 nie podał wielkości opakowania. Prosimy o podanie wymaganej ilości zamawianych odczynników.

Wyjaśnienie:

Pozycja 31 – multikalibrator 6 x20 ml – 1 op.

Pozycja 32 - kalibrator do HDL 6 fiolek x 2 ml – 1 op.

Pozycja 33 – kalibrator do bilirubiny bezp. 10 x 1 ml. – 1 op.

Pozycja 34 - GGTP odcz. 2 x 200 ml. – 1 op.

Pozycja 35 - LDH odcz. 2 x 200 ml. – 2 op.

Pozycja 38 - CX Calibrator CTD 1; 6 x 100 ml – 2 op.

Pozycja 39 – CX Calibrator CTD 2; 6 x 100 ml. – 2 op.

Pozycja 40 - CX3 Delta Calibr. 1; 6 x 25 ml. – 1 op.

Pozycja 41 – CX3 Delta Calibr 2; 6 x 25 ml. – 1 op.

Pozycja 42 – CX3 Delta Calibr 3; 6 x 25 ml. – 1 op.

Pozycja 43 - Kalibrator do żelaza 2 x 25 ml. – 1 op.

Pozycja 44 - Kontrola do CKMB 6 x 2 ml. – 1 op.

Pozycja 45 - Kontrola do CRP 3 x 5 ml na trzech poziomach – 1 op.

Pozycja 46 - Antifoam 1 x 25 ml. – 1 op.

2. Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne tzn. w miejsce dwóch opakowań po 2 x 300 testów, trzy opakowania po 2 x 200 testów identycznego odczynnika ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne tzn. w miejsce dwóch opakowań 2 x 300 testów, 3 opakowania 2 x 200 testów.

3. Czy Zamawiający pod nazwami „CX Calibrator CTD 1 i CX Calibrator CTD 2” rozumie kalibrator do modułu jonoselektywnego dla wersji Synchron CX 5 „basic” ?

Wyjaśnienie:

Tak jest to kalibrator do wersji Synchron CX5 „basic”.

4. Czy Zamawiający dla odczynników zawierających kalibrator w zestawie będzie niezależnie od tego wymagał zaoferowania kalibratora dla tego odczynnika ?

Wyjaśnienie:

Jeśli kalibrator jest w zestawie, zamawiający nie wymaga dodatkowego kalibratora.

5. Kalibratory do bilirubiny zwykle zawierają oba parametry, to jest bilitubinę całkowitą i bezpośrednią. Czy zamawiający uzna za równoważne zaproponowanie sumarycznej ilości kalibratora dla obu parametrów.

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza sumaryczną ilość kalibratora.

Zadanie 2 – odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stacji uzdatniania ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia stacji uzdatniania wody do aparatu.

Jednocześnie informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Poniżej podajemy obowiązujące terminy:

- termin składania ofert wyznacza się na dzień **18 września 2006 r. godz. 12,00**

- termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień **18 września 2006 r. godz. 13,30.**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed **18 września 2006 r. godz. 12,00**

Pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.