

Zamość, dnia 08 września 2006 r.

AZP 332/84/

/06

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia:

1. Zadanie 1 poz. 8. Czy można zaoferować próbówki do retikulocytów na 100 µl ?

Wyjaśnienie:

Można zaoferować w poz. 8 zadania 1 próbówki do retikulocytów na 100 µl.

2. Czy Zamawiający dopuści zmianę jednostki miary ze sztuki na opakowanie 100 szt. – w przypadku sprzętu jednorazowego użytku, który sprzedaje się w opakowaniach po 50 do 1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Taki sposób wyceny pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przetargowej gdyż oferent uniknie sztucznego zawyżania cen ze względu na konieczność podania cen jednostkowych do 2 miejsc po przecinku.

Wyjaśnienie:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przedmiotowego postępowania na str. 8 informuje cyt.: „Zamawiający informuje, iż jednostką miary mogą być opakowania. Wykonawca powinien określić ilość sztuk w opakowaniu i odpowiednio przeliczyć ilości opakowań, tak aby oferowana ilość przedmiotu zamówienia zgadzała się z ilością określoną w opisie przedmiotu zamówienia”.

3. Zadanie 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z granulatem i wykrzepiaczem o wymiarach 12x88 mm i objętości 5ml ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów próbówki.

4. Zadanie 1 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek do glukozy na 1 ml o wymiarach 12 x 55 mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza próbek do glukozy na 1 ml 12x55 mm.

5. Zadanie 1 poz. 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbek do układu krzepnięcia na 1,8 ml krwi o wymiarach 12 x 75 mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza probówek do układu krzepnięcia na 1,8 ml i 12 x 75 mm.

6. Zadanie 1 poz. 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 100 µl do retikulocytów ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na probówki do retikulocytów na 100 µl.

7. Zadanie 1 poz. 10, 11. Ddo jakich aparatów są przeznaczone naczynka reakcyjne ?

Wyjaśnienie:

Naczynka są przeznaczone do aparatów typu Technikon.

8. Zadanie 1 poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet o wymiarach 23 x38 mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na etykiety 23x38 mm.

9. Zadanie 1 poz. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z wciskany korkiem o wymiarach 16 x 100 mm i objętości 10 ml ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza probówki 16 x 100mm z korkiem wciskany.

10. Zadanie 1 poz. 18, 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników do moczy z zakrętkami jako jedną pozycję.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza pojemniki do moczy z zakrętką w jednej pozycji.

11. Zadanie 1 poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników do kału o wymiarach 25x80 mm i o objętości 25 ml ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza pojemników 25x80mm o poj. 25 ml.

12. Zadanie 1 poz. 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę jednorazowego zestawu do OB. (probówka z wciskany korkiem + pipeta) na 1 ml krwi ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza probówek do OB. Z wciskany korkiem.

13. Zadanie 1 poz. 31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 12x92 mm i o objętości 5 ml ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza probówek innych niż opisane w specyfikacji.

14. Zadanie 1 poz. 34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiety o wymiarach 23x38 mm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza etykiet o wymiarach 23x38mm.