



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 05 października 2006r.

AZP.332/91/

/06

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora parametrów krytycznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora fabrycznie nowego, rok produkcji 2006?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie :

Czy koszt 1 oznaczenia, który należy podać w ofercie ma obejmować wszystkie parametry określone w specyfikacji tj.: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, hematokryt, glukoza, IICO₃, TCO₂, BE(B), BE(efc), O₂sat, hemoglobina?

Wyjaśnienie:

Koszt 1 oznaczenia ma obejmować :

- 1) wszystkie parametry określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- 2) koszt wykonania tylko gazometrii
- 3) koszt wykonania tylko elektrolitów
- 4) koszt oznaczenia glukozy

Pytanie :

Czy koszt 1 oznaczenia, który należy podać w ofercie ma uwzględniać wszystkie materiały eksploatacyjne m.in. elektrody, sensory, płyny kalibracyjne, kontrole i materiały zużywalne niezbędne do wykonania badania?

Wyjaśnienie:

Tak.