



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 10 września 2007 r.

AZP 3320/92/

/07

-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laparoskopowego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczy zad. 2 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści trokar o średnicy 11 mm przy spełnianiu niezmiennych pozostałych parametrów ?

**Wyjaśnienie:** Tak.