



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 16 października 2007 r.

AZP 3320/102/ /07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10, poz. 5 testy pakowe immunochromatograficzne ?

Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10, poz. 5 paski testowe immunochromatograficzne.

2. Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 12 przeciwciał n-DNA ?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wymaga w zadaniu 12 testu n-DNA.

3. Dotyczy zadania 4 pkt. 10 czy Zamawiający dopuści podłoże z minimalnym terminem ważności 4 tygodnie ?

Wyjaśnienie: Tak.

4. Dotyczy zadania 4 i 5 czy zamawiający wyrazi zgodę aby skład podłoża zawarty był w instrukcjach technicznych w języku polskim dla każdego oferowanego podłoża i odstąpi od wymogu, aby zawarty był w certyfikatach kontroli jakości ?

Wyjaśnienie: Tak.

5. Dotyczy § 5 ust. 2 projektu umowy wzór 1 i § 4 ust. 2 projektu umowy wzór 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Za termin zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzorów umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr ... wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych pakowanych w opakowania 4 x 50 krążków posiadających opakowania z pochłaniaczem wilgoci dla 4 fiolek, bez konieczności stosowania zastępczego pojemnika, który jest niezbędny w przypadku stosowania fiolek pakowanych oddzielnie tylko w folię ?

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem zaoferowania wymaganej ilości krążków.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 2 zapisu „W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę” ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzorów umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w paragrafie 4 ust. 2 ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzorów umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 10 zapisu „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie” ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzorów umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 11 zapisu „W przypadku gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy 80% ilości towarów określonej w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania” ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzorów umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Dotyczy pkt. 2 w „Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach 4 i 5”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu SIWZ dotyczącego żywności i selektywności podłoża jak ma się znajdować w certyfikacie. W w/w zapisie SIWZ jest, że certyfikat powinien zawierać: nazwę podłoża, nr serii, skład, termin ważności podłoża, ogólną charakterystykę podłoża, charakterystykę mikrobiologiczną podłoża, żywność podłoża /na jakich szczepach była sprawdzana/, selektywność podłoża /na jakich szczepach była sprawdzana/. Parametry żywności i selektywności są wartościami liczbowymi. Informacja o rodzaju szczepów użytych do kontroli jakości pożywki jest informacją niewystarczającą do określenia czy pożywka spełnia żądane parametry żywności i selektywności. Do prawidłowej oceny pożywki certyfikat musi zawierać wartości żywności i selektywności wyrażone liczbowo. W związku z powyższym czy Zamawiający ma na myśli żywność i selektywność wyrażoną liczbowo ?

Wyjaśnienie: Tak, żywność i selektywność winna być wyrażona liczbowo.

12. Zdanie 3. Opisując parametry techniczne w SIWZ jakie ma spełniać aparat do posiewów krwi Zamawiający wskazuje konkretnie na jednego producenta aparatu. Parametr techniczny w pkt. 11 czyli wymóg ekranu dotykowego wyklucza innych producentów, a jednocześnie jest parametrem nie wpływającym na wynik badania mikrobiologicznego. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymogu ekranu dotykowego ? Rezygnacja z tego zapisu w SIWZ jest korzystna dla Zamawiającego ze względów merytorycznych – zostanie dopuszczony do udziału w przetargu producent oferujący aparat o szerszej gamie podłoży, które wielokrotnie lepiej inaktywują podstawowe antybiotyki, oraz ze względów finansowych

– Zamawiający umożliwi konkurencję i dzięki temu uzyskanie niższej ceny, w myśl zapisów Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Podtrzymanie przez Zamawiającego tego wymogu jest podstawą do złożenia protestu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza aparat do posiewu krwi z ekranem innym niż dotykowy, natomiast pozostałe parametry dotyczące analizatora pozostają bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza innych podłoży niż opisane w specyfikacji.

Jednocześnie na mocy art. 36 ust. 6 i 7 przedłuża się termin składania ofert. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – **23 października 2007r, godz. 12,00**
- termin otwarcia ofert – **23 października 2007r, godz. 13,00**
- termin wniesienia wadium upływa przed terminem składania ofert tj. **23 października 2007 godz. 12,00.**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek