



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 12 listopada 2007 r.

AZP 3320/103/

/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Paragraf 4 ust. 2 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: „Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 2 wg poniższej propozycji: „Czy Zamawiający Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego”

Wyjaśnienie:

Treść wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmianę stawki VAT, w chwili zmiany obowiązujących przepisów w tym zakresie ?

Wyjaśnienie:

Treść wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

3. Dotyczy zadania 33, poz. 4 i 11. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego zadania ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Dotyczy zadania 33 poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji szwu z 2 igłami o dł. 6,55 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu ?

Wyjaśnienie: Tak.

5. Dotyczy zadania 33 poz. 3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji szwu o dł. 20cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

6. Dotyczy zadania 33 poz. 7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji szwu o gr. 4/0, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

7. Dotyczy zadania 33 poz. 8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji szwu bez powleczenia, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu ?

Wyjaśnienie: Tak.

8. Czy Zamawiający zgodzi się: na zmianę § 6 ust. 1 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Kupujący może domagać się od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

Wyjaśnienie: Treść wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

9. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 6 ust. 2 i nadanie następującej treści: „Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne” ?

Wyjaśnienie: Treść wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

10. Dotyczy Zadania 15 poz. 1, 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie siatek płaskich, niewchłaniających do osobnego pakietu, aby umożliwić oferentom posiadającym w swej ofercie jedynie ww. siatki złożenie oferty konkurencyjnej ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Brak merytorycznego uzasadnienia dla podziału asortymentu siatek płaskich.

11. Zadanie nr 2 – prosimy o sprecyzowanie, których pozycji w pakiecie dotyczy opis „o okresie wchłaniania do 42 dni i podtrzymywania do 14 dni”.

Wyjaśnienie: W opisie zadania omyłkowo umieszczono charakterystykę materiału szewnego, który ostatecznie nie został ujęty w specyfikacji. Tytuł zadania powinien brzmieć: „Nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, powlekane, w tym powleczone środkiem antybakteryjnym, o okresie wchłaniania 56 – 70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego min 70% po 2 tygodniach, min. 50% po 3 tygodniach i min. 25% po 4 tygodniach”.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor