



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 02 listopada 2007r.

AZP.3320/104/ /07

.....
.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 1 - poz. 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny taśm elastycznych samoprzylepnych za 1szt. a 10 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Ponieważ Zamawiający zawarł wymóg podania cen do 2 miejsc po przecinku określenie ich za 1 mb bieżący uniemożliwia zaoferowanie faktycznych cen handlowych jakie moglibyśmy zaproponować.

Wyjaśnienie:

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił, iż taśma elastyczna włókninowa samoprzylepna ma być w rolkach o dł. 5 – 10 m oraz ilość potrzebnej taśmy w metrach. Te zapisy nie wskazują i nie narzucają wykonawcom konkretnej długości taśmy w rolce. W sposobie obliczania ceny (sporządzania ofert cenowych) zostało użyte określenie „jednostka miary”, którą może być rolka, bo faktycznie ceną jednostkową będzie cena jednej rolki. Wykonawca powinien określić długość taśmy w rolce i odpowiednio przeliczyć, tak aby oferowana ilość przedmiotu zamówienia była zgodna z ilością określoną przez zamawiającego w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 - poz. 2, 3, 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cen przyklepców za 1 szt. a 9,2 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem przeliczonych ilości w górę do pełnych jednostek miary z przyczyn jak podane w pytaniu 1 ?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający określił, iż przylepce mają być w rolkach o dł. 5 – 10 m oraz ilość potrzebnych przylepców w metrach. Te zapisy nie wskazują i nie narzucają wykonawcom konkretnej długości przylepców w rolce. W sposobie obliczania ceny (sporządzania ofert cenowych) zostało użyte określenie „jednostka miary”, którą może być rolka, bo faktycznie ceną jednostkową będzie cena jednej rolki. Wykonawca powinien określić długość przylepców w rolce i odpowiednio przeliczyć, tak aby oferowana ilość przedmiotu zamówienia była zgodna z ilością określoną przez zamawiającego w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby zapinka stanowiła integralną całość i była zapakowana łącznie z opaską w opakowania jednostkowe zabezpieczające przed zabrudzeniem i umożliwiające pełną identyfikację produktu (nazwa producenta i produktu na opakowaniu) ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Wniosek dot. zadania nr 8:

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości złożenia oferty na gazę o szerokości 90 cm (+/-10%) prosimy o modyfikację zapisu s.i.w.z. i wprowadzenie wymogu przeliczenia zamawianej ilości gazy w zależności od jej szerokości.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Określona tolerancja ma umożliwić udział w postępowaniu jak największej licznie wykonawców i nie utrudniać uczciwej konkurencji. Wykonawcy, którzy mają w swej ofercie handlowej gazę o szerokości 90 cm i innej mieszczącej się w granicach tolerancji, zdaniem zamawiającego, zaoferują gazę w podstawowym wymiarze tj. o szerokości 90 cm, bo to dowodzić będzie ich rzetelności i poważnego traktowania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania nr 8:

Czy oferowana gazą będzie mieć zastosowanie jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Wniosek dot. projektu umowy - § 3 ust. 2.

Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany ceny spowodowanej wzrostem stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Kupujący może domagać się od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2 i nadanie następującej treści: „Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest treść wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania plastra w ilości 3000 opakowań a'50 szt.?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek dzianych pakowanych po 20 szt. w kartonik zbiorczy, chroniący przed zabrudzeniem (opakowanie zawierające wszystkie niezbędne dane o produkcie).

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane opaski gipsowe Gypsona S (czas wiązania do 3 min.) posiadały plastikowy trzon ułatwiający nasiąkanie opaski wodą, a co za tym idzie jego lepszą plastyczność i nakładanie ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe Gypsona S op=2szt.?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający może sprecyzować jaką ilość plastra do mocowania kaniul zamawia w zadaniu nr 2 ?

Wyjaśnienie:

Jak wyjaśniono powyżej zamawiający wymaga zaoferowania plastra w ilości 3000 opakowań a'50 szt.?

-