



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 20 listopada 2007r.

AZP.3320/106/

/07

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zużywalnego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań i wniosków oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

Rozumiemy, że w zakresie Zadania 7 Zamawiający wymaga zaoferowania cewników diagnostycznych o stałej krzywiznie.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

Czy w zakresie Zadania 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników diagnostycznych w zakresie jednego rozmiaru średnicy, tzn. 6F?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

Czy w zakresie Zadania 7 Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne do trzepotania przedsionków 24-polowe?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

Prosimy o określenie typu generatora z jakim mają współpracować cewniki ablacyjne zaoferowane w zakresie Zadania 10.

**Wyjaśnienie:**

Generator Stockert EP-SHUTTLE.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający uwzględni w terminie dostawy zamówienia oraz w terminie rozpatrzenia reklamacji dni robocze?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązujące i wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Wniosek :**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę aktualnego brzmienia § 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zapis : „... Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też bez zgody Kupującego przelać swych wierzytelności wynikających z umowy.”

**Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 cewniki diagnostyczne o długości 90cm niewiele różniące się od parametru wymaganego?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :****Dotyczy zadania 6**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o dł. 92cm?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :****Dotyczy : Zadania 11 i 12.**

Jakie parametry mają spełniać cewniki ablacyjne typu ThermoCool?

1. Czy ma być to chłodzenie solą fizjologiczną przez obieg otwarty?
2. Jaka ma być elektroda dystalna (dł. w mm)?
3. Jaki ma być w elektrodzie czujnik pomiaru temperatury (thermocouple – parowy czy też termistor)?
4. Czy Zamawiający planuje zakup drenów do cewników chłodzonych w późniejszym czasie gdyż w specyfikacji nie ma o nich mowy?

**Wyjaśnienie:**

**Ad. 1** – Tak.

**Ad. 2** – 3,5 – 4.0 mm

**Ad. 3** – Do wyboru.

**Ad. 4** – Do każdej elektrody musi być dołączony komplet drenów chłodzących do pompy.

**Pytanie :**

Czy pompa do cewników chłodzonych ma być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego generatorem (generator włącza i reguluje działanie pompy)?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

Jednocześnie Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **26 listopada 2007r. godz. 11<sup>00</sup>**.
- termin otwarcia ofert - **26 listopada 2007r. godz. 12<sup>00</sup>**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.