



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 31 października 2007 r.

AZP 3320/107/

/07

-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. W zakresie formularza cenowego w zakresie zadania 1 czy możliwe jest podanie ceny jednostkowej z podaniem ceny do 3 miejsc po przecinku lub czy możliwe jest przyjęcie jako ceny jednostkowej ceny za 100 szt. lub czy ewentualnie możliwa jest trzecia forma – dodanie pozycji wielkość opakowania.

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający informuje, że ilość sprzętu będącego przedmiotem zamówienia została określona w sztukach by nie wskazywać sposobu konfekcjonowania. W ofercie cenowej należy podać jako jednostkę miary opakowanie jednocześnie określając ilość sztuk w jednym opakowaniu. Należy oczywiście odpowiednio przeliczyć wymaganą w SIWZ ilość sztuk poszczególnych pozycji asortymentowych na ilość opakowań, a ceny jednostkowe za jedno opakowanie danego asortymentu należy podać zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym.

2. Zadanie 1. Poz. 2 – zwracam się o wyjaśnienie do jakich badań ma być używana mikroprobówka i w związku z tym jakim odczynnikiem ma być wypełniona. ?

**Wyjaśnienie:** Probówka do surowicy bez odczynnika..

3. Zadanie 1 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści probówki do osocza z heparyną litową 5 ml płaskodenne 56x12 mm z polem do opisu ?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia.

4. Zadania 1 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści probówki z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia 1,8ml lub 2 ml 12x75 mm z polem do opisu korki zielony ?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia.

5. Zadanie 1 poz.21 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do kału 38x65mm z łyżeczką ?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia.

6. Zadanie nr 1. poz. 27 Czy Zamawiający dopuści standardowe wymazówki suche – sterylne pakowane indywidualnie o długości 150mm bawełniany wacik, drewniana lub plastikowa bagietka ?

**Wyjaśnienie:** Tak Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zadanie Nr 1 poz. 30 Czy Zamawiający dopuści probówki sterylne 4 ml 75x12 ?

**Wyjaśnienie:** Nie. Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia.

Dyrektor  
Lek. med. Andrzej Mielcarek