



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 02 listopada 2007r.

AZP.3320/107/ /07

## Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

1. Czy w zadaniu nr 1 poz. 4 Zamawiający dopuści do złożenia oferty na probówkę biochemiczną okrągłodenną 4-5ml o wym. 75x13mm?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

2. Czy w zadaniu nr 1 poz. 16 Zamawiający dopuści do złożenia oferty na probówkę o poj. 10ml i wym. 97\*16mm, sterylna z korkiem?

**Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Czy w zad. Nr 1 poz. 19 Zamawiający dopuści do złożenia oferty na pojemnik do moczu 125ml, neutralny z wieczkiem zatrzaskowym?

**Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Czy zamawiający w zad. Nr 1 poz. 27 dopuści do złożenia oferty na wymazówki suche – sterylne o wym. 101\*16,5 ale pakowane po 500 szt. (w środku są sterylne)?

**Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Prosimy o doprecyzowanie opisu czasomierza z zadania nr 1 poz. 31. Czy ma to być czasomierz – minutnik elektroniczny, czy też minutnik mechaniczny, czy może chodzi i stoper elektroniczny?

**Wyjaśnienie :**

W tej pozycji należy zaoferować czasomierz – minutnik elektroniczny.

6. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004r o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, Dla których wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu, zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ w pkt. II ppkt. „Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta” ad. 3 poprzez dopisanie słów na końcu zdania „jeśli dotyczy”.

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający wymaga przedstawienia: „Oświadczenia wykonawcy o posiadaniu aktualnych zezwoleń, certyfikatów, świadectw dopuszczających do obrotu i używania na rynku polskim oferowany drobny sprzęt laboratoryjny”. Z tego zapisu jednoznacznie wynika, że nie ma odniesienia tylko do ustawy o wyrobach medycznych. Wykonawca w oświadczeniu powinien wskazać, na mocy jakich przepisów oferowany drobny sprzęt laboratoryjny jest dopuszczony do obrotu i używania na rynku polskim, w tym ustawę o wyrobach medycznych jeżeli dotyczy oferowanego sprzętu.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec