



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 12 lutego 2006r.

AZP.3320/11/

/07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy Zamawiający wymaga regulatorów montowanych bezpośrednio do punktów poboru próżni?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania regulatorów montowanych bezpośrednio do punktu poboru próżni.

Pytanie :

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Deklaracji Zgodności CE zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004r? Regulatory to wyroby medyczne /klasa IIa/ a deklaracja zgodności to ustawowy dokument świadczący o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Z uwagi na wymóg dostaw cząstkowych uprzejmie prosimy o zapis w umowie, że jednorazowo Zamawiający zamówi min. 5 szt. regulatorów. Taki zapis korzystnie wpłynie na cenę końcową produktów z uwagi, że obniżone będą koszty transportu. Zamawianie jednorazowo po 1 sztuce w sposób nieuzasadniony generuje koszty a tym samym przyczynia się do zawyżenia ceny ofertowej.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu cywilnego aby odstąpienie było skuteczne – należy oznaczyć termin. Zatem prosimy o podanie przedmiotowego terminu w trakcie którego zamawiający ma prawo odstąpienia lub wykreślenie sprzecznego z KC zapisu.

Wyjaśnienie:

Ulega zapis § 7 wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie : „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni licząc od określonego terminu realizacji dostawy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6”.