

Zamość, dnia 19 lutego 2007r.

AZP.3320/11/

/07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę cen jednostkowych brutto przy zmianie stawki VAT? Ceny netto pozostają niezmiennione.

Wyjaśnienie:

Obowiązujące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kar umownych na 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki?

Wyjaśnienie :

Obowiązujące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Par. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. punktu na :

“W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia, przekraczającej 5 dni, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w par 6 ust. 1”.

Wyjaśnienie :

Obowiązujący i wiążący jest zapis § 7 określony w piśmie z dnia 12 lutego 2007r dotyczącym wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Zadanie 18 – Akcesoria do monitorowania pulsoksymetrii do monitorów Hewlett Packard
poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 ma na myśli klips na palec, czy wkładkę silikonową typu bucik na palec?

Wyjaśnienie :

Warunkiem wymaganym przez Zamawiającego jest współpraca czujnika z monitorem M1165A w wersji oprogramowania "C".

Pytanie :

Zadanie 18 – Akcesoria do monitorowania pulsoksymetrii do monitorów Hewlett Packard
poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli czujnik z krótkim kablem min. 0,9m czy z długim kablem min 3m.

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga zaoferowania odpowiednika czujnika M1194A, czyli czujnika o dł. min. 1,5m.