



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 12 listopada 2007r.

AZP.3320/110/

/07

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu stomatologicznego. Poniżej podajemy treść pytania oraz wyjaśnienie.

### **Pytanie :**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w podpunkcie nr 1 i 2 nie określił błędnie numeracji trepanów? Zgodnie z katalogiem firmy Aesculap podana przez Zamawiającego numeracja trepanów odpowiada rękojeści GB102R a nie GB100R. Do rękojeści, którą Państwo posiadają przeznaczone są trepany o symbolu GB307R i GB308R. Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

### **Wyjaśnienie :**

Zamawiający wyjaśnia, iż wymienione w zadaniu nr 2 w pozycjach nr 1 i nr 2 trepany muszą pasować do głowicy GB103R Aesculap.