



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 27 listopada 2007r.

AZP.3320/120/

/07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania parametrów krytycznych krwi wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników chemicznych do analizatorów AVL 995-S i AVL 988-4. Poniżej podajemy treść pytania oraz wyjaśnienie.

Pytanie :

Dotyczy : Zadania nr 5

Czy w związku z zaprzestaniem produkcji elektrod obsługowych Zamawiający zgodzi się na ofertę pozbawioną płynów do ich uzupełniania oraz zaoferowanie elektrod bezobsługowych?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod bezobsługowych.