



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 06 grudnia 2007r.

AZP.3320/121/

/07

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek biologicznych serca aortalnych i mitralnych oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

### **Pytanie :**

#### **Dotyczy Zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści monopolarne elektrody do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków o następujących parametrach technicznych :

- obie elektrody korzystają z tej samej jednostki sterującej
- elektrody wykorzystujące do ablacji energię o częstotliwości radiowej,
- nieodpłatna jednostka sterująca wstawiona do szpitala na czas trwania umowy,
- elektroda monopolarna nie irygowana roztworem soli fizjologicznej (oferowany przez nas system do ablacji nie wymaga irygacji, ponieważ wyposażony jest w (opatentowane przez firmę) czujniki temperatury na każdym z elementów czynnych elektrody, które regulując poziom mocy nigdy nie dopuszczają do przekroczenia ustawionego zakresu pracy elektrody – a co za tym idzie – przekroczenia bezpiecznej dla pacjenta temperatury ablacji, czyli efektu „spalenia” tkanek.

### **Wyjaśnienie:**

Nie. Obowiązujący i wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Pytanie :**

#### **Zadanie 11**

Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu zestaw do drenażu klatki piersiowej z zaworem ręcznym i pokrywą zabezpieczającą do kontroli nadmiaru podciśnienia oraz wyposażony w

automatyczny zawór upustowy ciśnienia uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru ciśnienia dodatniego?

**Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujący i wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie:**

**Zadanie 12**

Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu pojemność zbiorczą powyżej 3000ml?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający wymaga aby przetworniki posiadały bezpinowe połączenie z kablem interfejsowym w celu zapewnienia dobrego, niepodatnego na uszkodzenia kontaktu?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :**

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający wymaga aby przetworniki posiadały w swojej konstrukcji osobny port testowy umożliwiający sprawdzenie poprawności działania toru pomiarowego : przetwornik – przewód-monitor bez obawy utraty sterylności zestawu, po zadaniu testowego sygnału ciśnienia z generatora?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie :**

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający wymaga aby przetworniki charakteryzowały się częstotliwością własną > 200Hz w celu zapewnienia wiernego odwzorowania sygnału ciśnienia, zgodnie ze standardami ANSI/AAMI (parametr potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta)?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązujące i wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 projektu przyszłej umowy wzór nr 2: „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości brutto

opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujące i wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 8 ust. 1 b projektu przyszłej umowy wzór nr 2: „W przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązujące i wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.