



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 17 grudnia 2007r.

AZP.3320/121/

/07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek biologicznych serca aortalnych oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Z uwagi na wprowadzenie przez naszą firmę dyrektywy medycznej EWG MDD 93/42, która określa sprzedaż wyrobów medycznych na terenie całej Unii, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w zadaniu nr 8 z podanej ilości 120 sztuk na 100 lub 150 sztuk.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w zadaniu nr 8 wprowadza modyfikację treści SIWZ w zakresie ilości przedmiotu zamówienia. Obowiązująca ilość to **100 sztuk**.

Pytanie :

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zastawki biologicznej bezstentowej:

- a) wykonanej z pojedynczej tkanki świńskiej
- b) wszczepianej inną techniką niż pojedyncza linia szwu?

Wyjaśnienie :

Nie. Obowiązujący i wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zastawki mechanicznej aortalnej:

- a) o kącie otwarcia 86%
- b) dostępnej w rozmiarach 19 – 31 mm
- c) z liczbą wszczepień 15 tyś.

Wyjaśnienie :

Nie. Obowiązujący i wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby elektrody monopolarne i bipolarne były irygowane z jednoczesnym chłodzeniem tkanki w okolicy blizny ablacyjnej przez ciecz wydostającą się z elektrod. Chcemy podkreślić, że połączenie irygacji z chłodzeniem tkanki zapewnia większe bezpieczeństwo wykonania ablacji.

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga aby oferowane elektrody monopolarne były irygowane, natomiast dopuszcza możliwość złożenia oferty na elektrody bipolarne irygowane.

Pytanie :

Zadanie 11

Czy Zamawiający wymaga aby drenaż był przezroczysty celem łatwiejszej oceny jakości wydzieliny.

Wyjaśnienie :

Tak. Przynajmniej przednia ścianka.

Pytanie :

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający inne rozwiązanie regulacji podciśnienia bardziej praktyczne i bezpieczne a mianowicie zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym i dodatkowym automatycznym zaworem upustowym.

Wyjaśnienie :

Nie. Obowiązujący i wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert – 21 grudnia 2007r godz. 12⁰⁰

Termin wnoszenia wadium – 21 grudnia 2007r do godz. 12⁰⁰

Termin otwarcia ofert – 21 grudnia 2007r godz. 13⁰⁰

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.