



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 04 grudnia 2007 r.

AZP 3320/127/

/07

**Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej
ANES – MED. Sp. z o.o.
Ul. Jamesa Joyce'a 2A
01 – 368 Warszawa
fax. 022 211 12 61**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch aparatów do znieczulania ogólnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści mechaniczne zabezpieczenie przed hipoksją poprzez automatyczne utrzymanie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na bezpiecznym dla pacjenta poziomie 27% tlenu nawet przy stosowaniu minimalnych przepływów? Należy zaznaczyć, że przy zabezpieczeniu przed hipoksją na poziomie 27% zabezpieczamy pacjenta przed spadkiem stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej poniżej 21% nawet przy stosowaniu wysokich stężeń środków anestetycznych takich jak Sevofluoran czy Desfluoran, które wymagają przy wprowadzaniu wysokich stężeń 8vol% dla Sevorange i 12-15vol% przy Desflurane, czego nie uzyskamy w systemach zabezpieczających przed hipoksją na poziomie 23-25% tlenu w mieszaninie oddechowej.

Wyjaśnienie: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania, który posiada zastawkę nadciśnieniową o zakresie regulacji od 1 do 60 cm H₂O?

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator anestetyczny, który posiada jako tryby oddechu wspomaganego PSV, SIMV, SMMV?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

4. Alarmy w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. Czy Zamawiający będzie wymagał alarmu niskiej i wysokiej objętości oddechowej V_t?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.